

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS /**Contact details of the ACS owner :**

AQUA-TOOLS
26 rue Charles Edouard Jeanneret
78300 POISSY
France

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Filtre douche clipsable FILT'RAY 2M non stérile - AT30260

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **20 ACC NY 208**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 22 septembre au 02 octobre 2020

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from September 22 to October 02, 2020

Commentaires / Comments :

Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.

The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

FILTRES FILT'RAY

Références / References :

Références couvertes : voir annexe / Covered references : see annex

Cette ACS comporte une annexe de 1 page et couvre 28 références.

This ACS includes an annex of 1 sheet and covers 28 references.

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 29 novembre 2021

Date d'expiration / Expiry date : 02 octobre 2025

Commentaires / Comments : Ce document est une mise à jour de l'ACS délivrée le 02 octobre 2020 pour ajout des références. Il garde par conséquent la même date d'expiration. This document is an update of the ACS issued on October 02, 2020 (references addition). Consequently, its expiry date remains the same.

ANNEXE à l'ACS 20 ACC NY 208 (Annex of ACS 20 ACC NY 208)

Références couvertes / Covered references

Filtres AQUA-TOOLS :

AT30161 - Filtre douche vissable FILT'RAY 1M non stérile
AT20161 - Filtre douche vissable FILT'RAY 1M stérile
AT30160 - Filtre douche clipsable FILT'RAY 1M non stérile
AT20160 - Filtre douche clipsable FILT'RAY 1M stérile
AT30151 - Filtre robinet FILT'RAY 1M non stérile à jet droit
AT20151 - Filtre robinet FILT'RAY 1M stérile à jet droit
AT30150 - Filtre robinet FILT'RAY 1M non stérile à jet douchette
AT20150 - Filtre robinet FILT'RAY 1M stérile à jet douchette

AT30261 - Filtre douche vissable FILT'RAY 2M non stérile
AT20261 - Filtre douche vissable FILT'RAY 2M stérile
AT30260 - Filtre douche clipsable FILT'RAY 2M non stérile
AT20260 - Filtre douche clipsable FILT'RAY 2M stérile
AT30251 - Filtre robinet FILT'RAY 2M non stérile à jet droit
AT20251 - Filtre robinet FILT'RAY 2M stérile à jet droit
AT30250 - Filtre robinet FILT'RAY 2M non stérile à jet douchette
AT20250 - Filtre robinet FILT'RAY 2M stérile à jet douchette

AT20350 - Filtre robinet FILT'RAY - 3 mois - Stérile - Jet pluie
AT20351 - Filtre robinet FILT'RAY - 3 mois - Stérile - Jet droit
AT20361 - Filtre douche vissable FILT'RAY - 3 mois - Stérile
AT30350 - Filtre robinet FILT'RAY - 3 mois - Non Stérile - Jet pluie
AT30351 - Filtre robinet FILT'RAY - 3 mois - Non Stérile - Jet droit
AT30361 - Filtre douche vissable FILT'RAY - 3 mois - Non Stérile

AT20450 - Filtre robinet FILT'RAY - 4 mois - Stérile - Jet pluie
AT20451 - Filtre robinet FILT'RAY - 4 mois - Stérile - Jet droit
AT20461 - Filtre douche vissable FILT'RAY - 4 mois - Stérile
AT30450 - Filtre robinet FILT'RAY - 4 mois - Non Stérile - Jet pluie
AT30451 - Filtre robinet FILT'RAY - 4 mois - Non Stérile - Jet droit
AT30461 - Filtre douche vissable FILT'RAY - 4 mois - Non Stérile

Date de délivrance / Date of issue : 29 novembre 2021

Date d'expiration / Expiry date : 02 octobre 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :

